

Zadávací řízení veřejné zakázky **malého rozsahu, které není zadávacím řízením ve smyslu ZZVZ,**

„Dodávka stomatologických souprav“

„ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DOTAZY UCHAZEČŮ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU“

Zadavatel:

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, IČ: 00128601

| DOTAZ UCHAZEČE | ODPOVĚĎ ZADAVATELE |
|---|--|
| Bude možná prohlídka místa instalace? | Ano, zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o oznámení o prohlídce. Prohlídka proběhne 19. ledna 2017 v 15,00 hodin, viz Doplnění zadávací dokumentace ze dne 5. ledna 2017. |
| Odstraňovač zubního kamene na straně lékaře má být světelný nebo nesvětelný (není specifikováno)? | Odstraňovač zubního kamene - nesvětelný je pro posouzení nabídky dostatečný. |
| Ordinační židle má být ke každé soupravě jedna? | Ano, ke každé soupravě je jedna ordinační židle. |